

全自动医用PCR分析系统成交公告

发布时间：2024-06-24 10:33:06

项目名称：全自动医用PCR分析系统
项目编号：DZJJ24061910593920
成交供应商：哈尔滨轩丽然生物科技开发有限公司
成交价：250000.00元

项目基本信息

采购单位：逊克县人民医院
项目预算(元)：250,000
送货地点：黑龙江省黑河市逊克县逊克县人民医院检验科
签约时间：成交公告发布后5个工作日内签署合同
小微企业优惠率(%)：0
报价截止时间：2024-06-22 09:00:00
联系人：刘晓庆
到货时间：合同签订后7个日历日到货
仅面向中小企业：否

售后服务要求

售后服务网点：当地售后服务网点
电话支持响应要求：7*24小时
售后上门服务时限：接到报修后48小时
免费维修质保期：2年
售后上门服务年限：5年

踏勘需求

踏勘地点：
踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌 参考型号	计量单位	采购数量	产地要求	现货要求	原装正品要求	技术指标
----	------	------	-----------	------	------	------	------	--------	------

1	临床检验设备	全自动医用PCR分析系统	致善生物:Sanity2.0;	台	1	1	是	是	<p>*1、样本通量：1~4样本/次 2、液体样本加样体积：1 μL~2000 μL 3、移液准确度：≤4%（25 μL） 4、核酸提取方法：磁珠法</p> <p>5、升温速率：≥5.0℃/s *6、降温速率：≥3.5℃/s *7、检测反应孔数：24孔 8、温度精度：≤0.1℃，可做HRM高分辨溶解曲线 9、孔间温度均匀度：±0.1℃</p> <p>10、检测通道：4通道，可选配至6通道 11、检测系统激发波长与检测波长：470-665nm 12、适用探针/染料：FAM/SYBR Green、VIC/HEX/JOE/TET/TAMRA /Cy3、ROX/Texas Red、CY5 13、消毒功能：可计时门控紫外消毒 14、控制方式：触摸屏控制，支持外接电脑控制</p> <p>*15、软件应用：配置结核耐药项目检测结果判读软件，仪器自动输出检测结果，直接导出实验结论；软件应用兼容性强，既能满足结核检测，又能满足常规PCR项目检测； *16、结核检测项目可独立检测：可独立开展结核分枝杆菌复合群核酸检测、利福平、异烟肼、氟喹诺酮类耐药突变检测、分枝杆菌鉴定等项目； 17、设备集核酸提取、PCR检测、结果分析和报告打印</p>
---	--------	--------------	-----------------	---	---	---	---	---	---

4. 有效报价不足三家，系统自动废标。
5. 如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6. 小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7. 生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8. 供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9. 报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10. 需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。