黑龙江建筑职业技术学院仪器仪表采购需求需求公告

发布时间：2022-01-21 10:58:52

项目名称: 黑龙江建筑职业技术学院仪器仪表采购需求
项目编号: DZJJ22012110036220

项目基本信息

采购单位： 黑龙江建筑职业技术学院
报价截止时间： 2022-01-24 00:00:00
项目预算(元)： 12,000
联系人： 单位经办人
送货地点： 黑龙江省哈尔滨市呼兰区学院路999号
到货时间： 合同签订后10个日历日到货
签约时间： 成交公告发布后7个工作日内签署合同

售后服务要求

售后服务网点： 无具体要求
免费维修质保期： 不需要
电话支持响应要求： 不需要
售后上门服务年限： 不需要
售后上门服务时限： 不需要

踏勘需求

踏勘地点：
踏勘时间：

采购产品需求清单

序号	商品分类	产品名称	参考品牌|参考型号	计量单位	采购数量	产地要求	现货要求	原装正品要求	技术指标
1	仪器仪表	烤胶机	北京华仪行:CIF-PH18;	台	1	1	是	是	★1、5寸全彩触摸屏智能程序化温度控制系统，中英文互动操作界面。 2、控温精准，加热快速高效，控温精度达到0.1℃。 3、控温范围RT-360℃。 4、加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等

									可自由设置。 ★5、存储 10 种方法，并可编辑，每种方法可设定10个温度梯度段 ， 可实现100段程序控制。 ★6、实时程序状态显示，实时工作曲线图形显示。 7、温度可校准，保证了控温的准确性。 8、延时启动、定时预约启动功能。 9、过温自动断电保护。 10、加热完成自动停止，无须工作人员值守。 11、嵌插（镶）式加热系统，维修简单方便。 12、机壳采用不锈钢喷塑，加热面采用硬质阳极氧化铝加热。 13、产品尺寸310x260x210mm，工作尺寸180x180mm。 14、功率1、2KW。 15、可连续工作48小时以上。 ★16、产品通过欧盟CE认证、企业通过ISO9001：2008生产管理体系和售后服务体系认证。 17、系统组成：PH18主机1台，说明书1套。

采购需求规则：

1.所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。

2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。

3.采购需求截止后，按照满足采购需求、有效报价最低的原则，确定成交供应商。

4.有效报价不足三家，系统自动废标。

5.如成交供应商超过72小时未确认订单，视为该供应商放弃成交，采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。

6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8.供应商报价应提供商品价格证明，有以下两种方式：第一种：京东、苏宁、国美（三个平台任选其一）的网址链接；第二种：一年内的历史销售合同，乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接（或合同）内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致，且报价（供货价）应比链接（或合同）中的价格低3%以上。
9.报价即默认完全响应采购人需求，若其中有任一项不符合需求，采购人有权提起投诉。
10.需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。